



<b>Prüfbericht-Nr.:</b> Test Report No.:	<b>19646884 001</b> ULR-TC568820200000138F	<b>Auftrags-Nr.:</b> Order No.:	<b>166466215</b>	Seite 1 von 10 Page 1 of 10
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> Client Reference No.:	2276569	<b>Auftragsdatum:</b> Order date:	16-Jul-2020	
<b>Auftraggeber:</b> Client:	<b>ZYNA MEDTECH PRIVATE LIMITED</b> Survey No.480/2,Andhra Pradesh Medtech Zone Ltd, AMTZ, Pedagantyada, Nadupuru Village, Visakhapatnam, 530031			
<b>Prüfgegenstand:</b> Test item:	<b>Ventilator</b>			
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> Identification / Type No.:	<b>SWASIT</b>	<b>Serien-Nr.:</b> Serial No.:	<b>LF-20-T1-085</b>	
<b>Auftrags-Inhalt:</b> Order content:	<b>EMC testing and issue of test report.</b>			
<b>Prüfgrundlage:</b> Test specification:	<b>CISPR 11:2015+A2:2019</b>			
<b>Wareneingangsdatum:</b> Date of receipt:	14-Jul-2020			
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> Test sample No.:	A002869282-001			
<b>Prüfzeitraum:</b> Testing period:	14-Jul-2020 to 22-Jul-2020			
<b>Ort der Prüfung:</b> Place of testing:	<b>EMI/EMC Laboratory</b> <b>TÜV Rheinland (India) Pvt. Ltd.,</b> Bangalore			
<b>Prüflaboratorium:</b> Testing laboratory:	<b>TÜV Rheinland (India) Pvt. Ltd.,</b> Plot No.108,West Wing, Electronic City Phase1, Hosur Road, Bangalore-560 100, India.			
<b>Prüfergebnis*:</b> Test result*:	<b>PASS</b>			
<b>überprüft von:</b> reviewed by:	<b>Punith T Gowda</b> 	<b>genehmigt von:</b> authorized by:	<b>Rajasha Rai K</b> 	
<b>Datum:</b> Date:	<b>24-Jul-2020</b>	<b>Datum:</b> Date:	<b>24-Jul-2020</b>	
<b>Stellung / Position:</b>	<b>Senior Engineer</b>	<b>Stellung / Position:</b>	<b>Manager</b>	
<b>Sonstiges/ Other Aspects:</b>				
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> Condition of the test item at delivery:		<b>Prüfmuster vollständig und unbeschädigt</b> Test item complete and undamaged		
<p>* Legende: 1 = sehr gut      2 = gut      3 = befriedigend      4 = ausreichend      5 = mangelhaft  P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)      F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)      N/A = nicht anwendbar      N/T = nicht getestet  Legend: 1 = very good      2 = good      3 = satisfactory      4 = sufficient      5 = poor  P(ass) = passed a.m. test specification(s)      F(ail) = failed a.m. test specification(s)      N/A = not applicable      N/T = not tested</p>				
<p><b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b>  <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>				

v04